

## **Bilaga 2.18 Laboratoriemedicin Sörmland - Riktlinje för PNA-verksamhet i Region Sörmland**

Vårdgivaren ansvarar för att nödvändiga laboratorie-, kliniskt fysiologiska- och radiologiska analyser och undersökningar utförs.

Bilaga till regelbok för bedrivande av primärvård inom Region Sörmland.

### **Allmänt**

All laboratoriemedicinsk service inom sjukvården syftar till att inom givna ekonomiska ramar ge vårdgivarna bästa möjliga beslutsunderlag. Det innebär att de analyser som används för klinisk diagnostik i alla avseenden måste vara av tillfredsställande kvalitet, samt att all kommunikation mellan vårdgivare och analysverksamhet måste fungera så att såväl överföring av analysresultat som patientens integritet säkerställs. Ovanstående gäller oavsett om analysverksamheten utförs patientnära eller på centralt laboratorium.

### **PNA**

Med patientnära analysverksamhet, PNA, avses biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten av vårdpersonal men utanför Laboratoriemedicin Sörmland organisation.

### **PNA i Region Sörmland**

Laboratoriemedicin Sörmland genom extern leverantör tillhandahåller instrument/metoder för att möjliggöra en jämförbar kvalitet på laboratorieanalyser inom länet, oberoende var och av vem analysen utförs, är det viktigt att de instrument/metoder som tillhandahålls är godkända och validerade med hänsyn till riktighet och precision. Hänsyn tas också till användarvänligheten av instrumenten och möjligheten till datauppkoppling för överföring av resultat till patientjournal.

### **Rutin**

Följande gäller för laboratorieanalyser, som ingår i Laboratoriemedicin Sörmlands ansvarsområde, som ska analyseras av vårdpersonal som inte tillhör Laboratoriemedicin Sörmlands organisation.

Vårdcentraler ska samverka med Laboratoriemedicin Sörmland för att utreda respektive enhets kliniska behov mot en bedömning av kvalitet och ekonomi.

Om önskemål finns om utökat sortiment (allmän kemi och hematologi) ställs även krav på högre kompetens på laborerande personal (BMA eller USK med 40v vidareutbildning).

## Kvalitetssäkring

Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen beställning av analys till analysvar i patientjournal.

- All personal som använder PNA-analyser ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
- Regelbunden uppföljning av den egna verksamheten
- Rapportera avvikande händelser till Laboratoriemedicin Sörmland eller extern leverantör
- Regionens gällande rutiner för PNA-verksamhet ska följas
- Deltagande i externkontrollprogram

## Verksamhetens ansvar

- Vårdenhet är ansvarig för den dagliga driften inklusive kringutrustning som inte tillhandahålls genom Laboratoriemedicin Sörmland
- Medicinskt ansvarig är ansvarig för rapporterade resultat
- Uppföljning och utvärdering ska ske regelbundet av verksamheten och vid behov tillsammans med Laboratoriemedicin Sörmland
- Utser PNA-utbildare och PNA-ansvarig (kan vara samma person) samt rapportera namnen på dessa till Laboratoriemedicin Sörmland
- Rapportera till Laboratoriemedicin Sörmland vid större förändringar

## Laboratoriemedicins ansvar

- Har ansvaret för att tillhandahålla instrument/metoder
- Övergripande kvalitetsansvar
- Utbildningsansvar

## Extern leverantörs ansvarsområden

- Tillhandahålla PNA-instrument som Region Sörmland hyr
- Validerar instrument och metoder
- Kvalitetssäkringsrutiner
- PNA-support
- Utbildning

## **PNA hos vårdcentral som har annat labavtal än Region Sörmland**

Om vårdcentral önskar det större PNA-lab, omnämnt som MLA-lab, ställs krav på högre kompetens på laborerande personal (BMA eller USK med 40v vidareutbildning).

### Kvalitetssäkring:

- All personal som använder PNA-analyser ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
- Regelbunden uppföljning av den egna verksamheten
- Deltagande i externkontrollprogram