

Kommunicera/Kommunikation

3. Att samtala - Transmissionssystem via radio (samtalsförstärkare)

ISO-kod: 221824

Förskrivare

legitimerad audionom verksam på Hörselvårdsmottagningen

Kriterier

Minst ett av följande kriterier måste uppfyllas:

- Vuxen person med maximal taluppfattning på 45 % eller sämre på bästa örat. I de fall det inte går att genomföra maximal taluppfattningstest gäller kriterier tonmedelvärde (TMV4) 0,5, 1, 2 och 4kHz, 70 dB eller sämre på bästa örat.
- Person som är under 20 år med fastställd binaural eller monaural hörselnedsättning med 30 dB HL eller sämre på minst två frekvenser (0.5 – 6 kHz) och/eller vid misstanke på eller konstaterad central skada.

Brukarens ansvar

att bekosta standardbatterier

Förskrivarens ansvar

- att informera personen som använder hjälpmedel i de fall då produkten är en konsumentprodukt som inte omfattas av patientskadeförsäkringen
- att uppföljning av hjälpmedlet genomförs

Hjälpmedelscentralens ansvar

att ge teknisk support gällande hjälpmedlet vid behov.

Dubbelförskrivning

nej

Egenavgift

nej

Upprättningsrutiner

Legitimerad audionom utför behovsutredning innan funktionsförskrivning.

Hjälpmedelstekniker utför val av hjälpmedel, installation, genomgång av installerat hjälpmedel samt lämnar skriftlig information till personen som använder hjälpmedel.

Förskrivning

webSesam

Kommentar

Om hörapparat används måste telespolen vara aktiverad.