

## **Patientnära analys av HbA1c**

### Analys av HbA1c

Diabetesprocessen förordar att analys av HbA1c skall kunna utföras på samtliga vårdcentraler som bedriver verksamhet inom Region Sörmland. Vårdcentralen skall vara utrustad med ett PNA instrument som mäter HbA1c.

### Bedömningsunderlag

För att bedöma personer med Diabetes mellitus vid besöket på vårdcentralen och på ett adekvat sätt i samband med detta avgöra en persons vårdbehov och eventuell behandlingsjustering.

### Personcentrerad vård

Att i samband med besöket kunna göra adekvata behandlingsjusteringar optimerar vården av den enskilda personen. Möjlighet ges till att informera om tanken bakom den ändrade behandlingen och inplanering av uppföljning.

### Diagnossättning

Prov taget på PNA instrument får inte användas vid diagnossättning. Se **Riktlinjer för handläggning av diabetes** (Fickkortet)

### Analysinstrument

Laboratoriemedicin Sörmland LtSs riktlinjer för analysinstrumentet skall följas, se "Riktlinjer PNA-verksamhet i Region Sörmland" (bilaga 2.18).